

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA LOTTO 2

Procedura telematica ristretta sopra soglia comunitaria, di cui all'art. 61 del D.LGS. 50/16 per l'acquisto di per l'acquisto di n. 31 strumenti basati sulla tecnologia IMS (Ion Mobility Spectrometry).

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La Relazione tecnica è il documento atto a garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, è pertanto essenziale rispettare il modello predisposto. Gli argomenti trattati dovranno essere esposti in modo organico chiaro e sintetico e in conformità ai requisiti indicati nella documentazione di gara.

La Relazione Tecnica deve essere redatta in lingua italiana. In caso di redazione in lingua diversa dall'italiano la Relazione deve essere corredata da traduzione giurata; le prescrizioni che seguono si applicano alla traduzione giurata.

La presenza nella Relazione Tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

La Relazione Tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti offerti, che dovranno essere comunque conformi ai requisiti minimi indicati dal Capitolato Tecnico.

La Relazione Tecnica deve rispettare le seguenti specifiche:

(i) essere articolata secondo lo "Schema di Relazione Tecnica" riportato nel successivo punto "2) Schema di Relazione Tecnica";

(ii) essere prodotta in formato PDF.

La Relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese componenti il raggruppamento.

La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli A4, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max; si precisa che pagine ulteriori alla quindicesima non saranno valutate dalla Commissione.

Si fa presente che tutte le soluzioni/migliorie proposte dovranno essere nella piena disponibilità del concorrente all'atto dell'aggiudicazione.

Si precisa, infine, che quanto descritto nella Relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione della fornitura nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.

2. SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N. 31 STRUMENTI BASATI SULLA TECNOLOGIA IMS (ION MOBILITY SPECTROMETRY)

Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore generale o speciale della ditta: con sede legale inPartiva Iva/ CF

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

nella propria qualità di :

- Titolare o legale rappresentante
- Procuratore generale o speciale

Propone quanto segue:

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell'organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)

STRUMENTO BASATO SULLA TECNOLOGIA IMS (ION MOBILITY SPECTROMETRY)

Il Capitolo è volto a illustrare nel suo insieme il sistema offerto, con indicazione della marca e del modello delle singole componenti che lo costituiscono e con indicazione delle caratteristiche tecniche con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti a cui l'offerente dovrà conformarsi nell'offerta e che devono essere espressamente e tassativamente dichiarati come "Soddisfatti" (Artt. 2.1, 2.2 e 2.3 del capitolato tecnico Lotto 2).

TABELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIANTI

TABELLA 2		SOLUZIONE OFFERTA	PUNTEGGIO
CRITERI DI VALUTAZIONE			
A	Caratteristiche hardware e software		
A.1	Peso dello strumento: minore di 15 Kg.		

A.2	Funzionamento mediante batteria ricaricabile garantito per almeno 60 minuti.		
A.3	Possibilità di esportare ed utilizzare su altri strumenti identici i dati relativi alle nuove sostanze aggiunte alla libreria da parte dell'utente. L'esportazione da uno strumento all'altro deve essere tecnicamente agevole: le sostanze devono poter essere trasferite singolarmente da uno strumento all'altro senza necessità di dover copiare e quindi sovrascrivere l'intera libreria. I risultati devono essere disponibili in formato CSV.		
A.4	Quando la capacità di memoria è prossima alla saturazione lo strumento deve fornire un messaggio di allerta, rimanendo in funzione, utilizzando la logica FIFO (first-in-first-out) per sovrascrivere i nuovi dati.		
A.5	Possibilità di connessione WIFI attraverso lo strumento		
B	Estensione garanzia e manutenzione full-risk		
B.1	Estensione del contratto di garanzia comprensivo di manutenzione full-risk incluso nel prezzo di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali, fino a ulteriori 4 anni.		
C	Certificazioni		
C.1	possesso delle seguenti certificazioni:ISO 27001 -27017 - 27108 - ISO 45001 - ISO20000 - ISO 26000 - ITIL V3 Foundations (2009) - ITIL V4		

PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'offerente dovrà descrivere in capitoli separati quanto richiesto per i criteri di cui ai punti D "Formazione", E "Consumabili aggiuntivi", F "Assistenza telefonica ulteriore e riduzione tempi di riparazione", G

“Aggiornamento software e librerie aggiuntive” che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia come da Tabella 2 del Capitolato Tecnico Lotto 2 qui sotto riportata.

D	Formazione		
D.1	<p>Previsione di ulteriori corsi di formazione e aggiornamento, successivi rispetto a quanto previsto all’Art. 2.3 con eventuali attività in presenza e/o moduli <i>e-learning</i>, in lingua italiana, sviluppati <i>ad hoc</i> per il personale dell’Agenzia.</p> <p><i>Descrivere le modalità con cui verrà effettuata l’attività di formazione, indicando la durata della singola attività formativa, previsione di sessioni aggiuntive di formazione, i contenuti, i materiali didattici, il numero di discenti; previsione di training di tipo avanzato e/o destinato a personale che potrà svolgere attività di formatore sull’utilizzo dello strumento.</i></p>	<i>Discrezionale</i>	8
E	Consumabili aggiuntivi		
E.1	<p>Ulteriori consumabili per l’esecuzione delle analisi ed eventuali standard di calibrazione rispetto a quanto previsto all’Art. 2.1. nonché guanti in nitrile o altra tipologia idonea che consentano la resistenza, durata e protezione per impedire il contatto con la pelle durante l’esecuzione di analisi al fine di evitare la contaminazione con le sostanze</p> <p><i>Indicare la descrizione di fornitura aggiuntiva il numero di ulteriori analisi eseguibili con i Kit aggiuntivi rispetto a quanto previsto all’Art 2.1 lettera p), nonché ulteriori materiali forniti a corredo.</i></p>	<i>Discrezionale</i>	6
F	Assistenza telefonica ulteriore e riduzione tempi di riparazione		
F.1	Assistenza telefonica ulteriore.	<i>Discrezionale</i>	6

	<i>Descrivere le fasce temporali ulteriori di disponibilità del numero verde per l'assistenza (festivi e prefestivi o h24/7), rispetto a quanto previsto dall'art. 2.2.</i>		
F.2	Tempo di riparazione inferiore a 7 giorni lavorativi. <i>Indicare i tempi di interventi e ripristino della funzionalità del singolo strumento, se inferiori rispetto a quanto previsto dall'art. 2.2.</i>	<i>Discrezionale</i>	6
G	Aggiornamento software e librerie aggiuntive		
G.1	Aggiornamento annuale della libreria. <i>Descrivere le modalità con cui verrà effettuato l'aggiornamento, se presso le sedi di installazione o con altra modalità, indicando anche la durata del suddetto servizio. Sarà attribuito il punteggio massimo qualora l'aggiornamento venga garantito per tutto il periodo di operatività dello strumento.</i>	<i>Discrezionale</i>	8
G.2	Aggiornamenti del software oltre i tre anni dalla data di consegna. <i>Descrivere le modalità con cui verrà effettuato l'aggiornamento, indicando anche la durata del suddetto servizio. Sarà attribuito il punteggio massimo qualora l'aggiornamento venga garantito per tutto il periodo di operatività dello strumento.</i>	<i>Discrezionale</i>	4
G.3	Librerie aggiuntive che identifichino sostanze ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 2.1 lettera g) (precursori, sostanze da taglio, steroidi anabolizzanti, farmaci, ecc.).	<i>Discrezionale</i>	8

<i>Descrivere le tipologie di sostanze incluse nelle librerie aggiuntive, nonché il numero di sostanze presenti in ciascuna libreria.</i>		
---	--	--

DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

E DICHIARA:

- di accettare tutte le condizioni specificate nel capitolato tecnico;
- che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare la fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta.

Data

(firma e timbro) _____

(allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore)