

Prot. 89 del 29/09/2022

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA SUL TERRITORIO ITALIANO DI N. 15 SPETTOMETRI DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE DA BANCO (BENCHTOP NMR) PER UN IMPORTO PARI A EURO 3.000.000,00 IVA ESCLUSA (LOTTO 1) E N. 10 MICROSCOPI ELETTRONICI A SCANSIONE (SEM) PER UN IMPORTO PARI A EURO 1.500.000,00 IVA ESCLUSA (LOTTO 2) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI A EURO 4.500.000,00 (QUATTROMILIONICINQUECENTOMILA/00) IVA ESCLUSA – DI CUI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PARI A 0.

Lotto 1 CIG 9200302962 (spettometri)

Lotto 2 CIG 9200331153 (microscopi)

VERBALE N. 4

In data odierna 29/09/2022 alle ore 10.00, presso i locali dell'Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli della sede di P.zza Mastai 12, si è riunita la Commissione al fine di riprendere l'analisi delle schede tecniche inerenti alla Gara di affidamento per la fornitura di n. 15 spettrometri di risonanza magnetica nucleare da banco (benchtop NMR) e di n. 10 microscopi elettronici a scansione (SEM).

Sono presenti il Presidente Marzia Impellizzeri, i componenti Giuseppe Savo, Luigi Sepe ed il segretario Vittorio Tiralongo.

La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascuna società partecipante e verifica che tutte le strumentazioni presentate dai partecipanti possiedono i requisiti previsti per l'assegnazione dei punteggi così come da Capitolato Tecnico di gara.

Con riferimento al Lotto 2, la Commissione ritiene di riconoscere all'offerta presentata dalla soc. Zeiss Sp.A. 60 punti anziché 50, così come indicato dal sistema, applicando i criteri contenuti nei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante al quesito n.14.

Con riferimento al Lotto 1, viene esaminata la documentazione presentata dalle tre società partecipanti, BRUKER Italia S.r.l., FKV S.r.l. e NORDTEST S.r.l.

A nessuna società viene attribuito il punteggio massimo.

Con riferimento alla offerta si rileva che:

- la soc. BRUKER Italia S.r.l. offre strumentazione Bruker,
- la soc FKV S.r.l. offre strumentazione Magritek,
- la soc. NORDTEST S.r.l. offre strumentazione Oxford.

Dopo attenta lettura della scheda tecnica la Commissione ritiene di dover chiedere alla soc. BRUKER Italia S.r.l. una dichiarazione in cui viene esplicitato il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2.1 ovvero:

- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore;
- licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;
- certificati di validazione dei software.

Nelle more della ricezione di quanto richiesto alla società BRUKER Italia S.r.l., la commissione ritiene di poter valutare l'offerta tecnica presentata dalla ditta con 37 punti anziché 30, così come calcolato automaticamente dal sistema. In particolare, vengono assegnati 2 punti per il parametro "Ampiezza di linea massima allo 0,55% di altezza del picco" (valore dichiarato "<12Hz") e 5 punti per la presenza nell'offerta del gruppo di continuità – UPS.

La Commissione ritiene di poter valutare, sulla base della documentazione prodotta dalla soc. FKV S.r.l., la relativa offerta tecnica con 58 punti così come indicato nella tabella di autocertificazione anziché 56 punti calcolati in automatico dal sistema. In particolare, vengono assegnati 2 punti per il parametro "Ampiezza di linea massima allo 0,55% di altezza del picco" (valore dichiarato "<12Hz").

La Commissione tuttavia nota una discrepanza tra il punteggio autocertificato per questo parametro e quanto dichiarato nella relazione tecnica alla pag. 12 - punto 4 - riguardo le proposte migliorative. Poiché le due dichiarazioni apparentemente difformi potrebbero comportare una variazione nella valutazione, la Commissione ritiene di dover chiedere alla società FKV una specificazione in merito.

La Commissione ritiene di poter valutare l'offerta tecnica presentata dalla soc. NORDTEST S.r.l. con un punteggio pari a 54 punti anziché 52 punti calcolati in automatico dal sistema. In particolare, vengono assegnati 2 punti per il parametro "Ampiezza di linea massima allo 0,55% di altezza del picco" (valore dichiarato "<12Hz").

Il Presidente decide di sospendere la seduta alle ore 12.00 per essere ripresa in data da decidere.

Il Presidente

Marzia Impellizzeri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

I componenti

Giuseppe Savo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Luigi Sepe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Il Segretario

Vittorio Tiralongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

¹Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 39/93 e ss.mm.ii.