

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**  
Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo  
Laboratori e Servizi Chimici – Laboratorio Chimico di Roma

**CAPITOLATO TECNICO: SISTEMA PER PURIFICAZIONE DELL'ACQUA  
(DEIONIZZATORE)**

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di **N° 1 SISTEMA PER LA PURIFICAZIONE DELL'ACQUA (DEIONIZZATORE)**, da impiegare in tutti i settori del Laboratorio.

**REQUISITI MINIMI**

1. Grado di purezza dell'acqua: grado 2
2. Capacità del serbatoio minimo pari a 20litri
3. Produzione oraria maggiore o uguale a 5 l/h
4. Alimentazione da acqua di rete
5. Purezza garantita fino al punto di prelievo
6. Possibilità di monitorare in continuo, mediante display, la qualità dell'acqua fornita (conducibilità/resistività e temperatura) mediante sensori muniti di apposita certificazione di calibrazione
7. Rispetto delle norme di sicurezza comunitarie

**GARANZIA, SERVIZI ED ALTRO**

E' considerata condizione minima ed indispensabile per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti relativi alle norme europee per la sicurezza (marcatura CE), il manuale di istruzioni in italiano e la garanzia di almeno 2 anni.

**CONSEGNA (Installazione e messa in funzione)**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto, al collocamento in sito dell'apparecchiatura presso la sede del Laboratorio Chimico in Via Mario Carucci, 71 – Roma, nonché alla verifica del funzionamento.

**IMPORTO STIMATO: € 10.000,00 + IVA**