

Prot. n. 3644/RI

**Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo  
Distretto di Roma**

**DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE**

**Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 2 colonne in silice per HPLC, di n. 1 colonna per HPLC e di n. 1 colonna per gascromatografia, necessarie al Laboratorio Chimico di Roma.**

**C.I.G.: ZDB1FBFCAC.**

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e ss.mm.ii. di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);

**VISTO** il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

**VISTO** il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);

**CONSIDERATO** che con Determina a contrarre prot. n. 2259/RI del 31 ottobre 2017 è stata pubblicata sul Mepa : "Beni" - Categoria: Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" una Richiesta di Offerta avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di n. 2 colonne in silice per HPLC, di n. 1 colonna per HPLC e di n. 1 colonna per gascromatografia, necessarie al Laboratorio Chimico di Roma, rivolta a n. 1.282 ditte già abilitate

da Consip Spa, per un importo complessivo stimato posto a base d'asta pari a € 1.500,00 (euro: millecinquecento/00) IVA esclusa, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo previsto come base d'asta;

**CONSIDERATO** che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16 novembre 2017 alle ore 18:00, hanno presentato offerta 13 operatori economici;

**CONSIDERATO** che il 12 dicembre 2017 il Seggio di gara, nominato dal Direttore del Distretto con nota prot. n. 32126/RU del 05 dicembre 2017, ha proceduto all'apertura delle buste amministrative/tecniche/economiche presentate dalle seguenti 13 Società:

N. ORD.	Denominazione concorrente	Data presentazione offerta
1	ANALYTICAL TECHNOLOGY S.R.L.	10/11/2017 12:13:08
2	AREACHEM	16/11/2017 16:31:31
3	AVANTECH GROUP	14/11/2017 17:12:44
4	C.P.S. ANALITICA	16/11/2017 10:37:21
5	CHEBIOS	13/11/2017 16:07:20
6	CLOVERINVEST DI ALFREDO GIANNACCARI	16/11/2017 13:56:59
7	LABSERVICE ANALYTICA	15/11/2017 15:07:34
8	MICROCOLUMN	14/11/2017 09:53:14
9	PHENOMENEX SRL	15/11/2017 10:17:41
10	SCHARLAB ITALIA S.R.L.	14/11/2017 11:24:01
11	SEPACHROM S.R.L.	16/11/2017 10:31:06
12	SERVICE T.L.	16/11/2017 09:34:43
13	SUPERCHROM	16/11/2017 14:13:50

**VISTO** che con il verbale del 14 dicembre 2017 il Seggio di gara ha comunicato di aver escluso dalle fasi successive:

- le Società **SCHARLAB ITALIA SRL** e **AVANTECH GROUP** a seguito dell'esame della Documentazione Tecnica, in quanto le colonne per gascromatografia offerte dalle medesime non raggiungono il limite di 430 gradi come richiesto da capitolato;

- la Società **CLOVERINVEST DI ALFREDO GIANNACCARI** in quanto non c'è nessun riferimento alla richiesta tecnica per gascromatografia ed anche per l'HPLC non è presente alcun riferimento alle colonne;
- **SUPERCHROM**: la colonna amminica non soddisfa i requisiti richiesti nel capitolato;

**VISTO** che con il medesimo verbale del 14 dicembre 2017 il Seggio di gara ha comunicato che:

- ❖ il Portale di Consip, al fine della verifica della soglia di anomalia ha sorteggiato in automatico il metodo previsto dalla lettera b) del comma 2 di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, ha determinato il valore della soglia di anomalia pari a € 87,79 e ha generato la seguente graduatoria:

<b>Concorrente</b>	<b>Offerta Economica</b>	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	<b>Soglia di Anomalia</b>	<b>Offerta Anomala</b>
SERVICE T.L.	1200,00 Euro	20 %	87,79 Euro	SI
MICROCOLUMN	1240,00 Euro	17.3333333333333 %		SI
SEPACHROM SRL	1340,00 Euro	10.6666666666667 %		SI
C.P.S. ANALITICA	1417,50 Euro	5.5 %		NO
AREACHEM	1421,46 Euro	5.236 %		NO
CHEBIOS	1425,24 Euro	4.984 %		NO
PHENOMENEX SRL	1452,40 Euro	3.17333333333333 %		NO
ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	1476,00 Euro	1.6 %		NO
LABSERVICE ANALYTICA	1490,00 Euro	0.666666666666667 %		NO

- ❖ trattandosi di un numero di società inferiore a 10, ai sensi dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica e, pertanto, occorre procedere alle richieste degli opportuni giustificativi alle ditte che risultano aver presentato un'offerta anormalmente bassa;

**VISTO** che con il verbale del 22 dicembre 2017 il Seggio di gara ha comunicato che i giustificativi forniti dalla Società SERVICE T.L. dietro richiesta della Stazione Appaltante sono risultati esaustivi al fine dello scioglimento della riserva di anomalia e ha proposto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Società SERVICE T.L., che ha presentato la migliore offerta per un importo complessivo al netto dell'IVA pari ad € 1.200,00 con un ribasso pari al 20,00 % sull'importo posto a base d'asta;

**TENUTO CONTO** delle predette esclusioni e della proposta di aggiudicazione a favore della ditta SERVICE T.L. che ha presentato la migliore offerta al prezzo più basso;

**CONSIDERATO** che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia;

#### **DETERMINA**

- **di escludere** i seguenti n. 4 operatori: SCHARLAB ITALIA SRL, AVANTECH GROUP, CLOVERINVEST DI ALFREDO GIANNACCARI e SUPERCHROM per i motivi indicati in premessa;

- **di approvare la seguente graduatoria di gara:**

1	SERVICE T.L.	1200,00 Euro	20,00 %
2	MICROCOLUMN	1240,00 Euro	17,33 %
3	SEPACHROM SRL	1340,00 Euro	10,66 %
4	C.P.S. ANALITICA	1417,50 Euro	5,5 %
5	AREACHEM	1421,46 Euro	5,236 %
6	CHEBIOS	1425,24 Euro	4,984 %
7	PHENOMENEX SRL	1452,40 Euro	3,1733 %
8	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	1476,00 Euro	1,6 %
9	LABSERVICE ANALYTICA	1490,00 Euro	0,66 %

- **di aggiudicare** per l'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) al netto dell'IVA, con un ribasso pari al 20,00 % sull'importo posto a base d'asta, alla Ditta SERVICE T.L. l'affidamento della fornitura di n. 2

colonne in silice per HPLC, di n. 1 colonna per HPLC e di n. 1 colonna per gascromatografia, necessarie al Laboratorio Chimico di Roma nel rispetto del capitolato e della Rdo n. 1755809;

- **di procedere alla stipula del contratto** generato dal Portale di Consip con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, per l'affidamento della fornitura di n. 2 colonne in silice per HPLC, di n. 1 colonna per HPLC e di n. 1 colonna per gascromatografia, con la Società SERVICE T.L.

Roma, 28 dicembre 2017

*Il Direttore del Distretto*  
Dott.ssa Francesca Torricelli  
Firmato digitalmente