



Prot. n 3757 RI del 24.11.2017

OGGETTO: Confronto concorrenziale per l'affidamento della fornitura di defibrillatori, piattelli monouso, batterie e misuratori di pressione da polso – Richiesta di Offerta su Mepa – (RDO) n. 1744501- a lotto unico sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

CIG: Z822074E7B

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

VISTI il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, 2014/25/UE;

PRESO ATTO di quanto disposto dal Manuale delle Procedure dell'Attività Negoziabile dell'Agenzia;

PREMESSO che:

- con Determinazione prot. n.3305/RI del 25.10.2017, è stato autorizzato il ricorso all'acquisizione della fornitura di defibrillatori, piattelli monouso, batterie e misuratori di pressione da polso, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed al prezzo totale, ai sensi dell'art. 95, comma 4;

- è stato disposto di effettuare l'approvvigionamento, mediante Richiesta di Offerta, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile dal portale "Acquisti in Rete della P.A." gestito da Consip S.p.A;

- in esecuzione della determinazione di cui sopra, con Richiesta di Offerta (RdO) n. 1744501, pubblicata sul sistema del MePA, sono stati invitati 428 Fornitori abilitati sul MEPA, attivi nella categoria "*Beni CATEGORIA FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ*"

- i concorrenti sono stati individuati scegliendo tra i fornitori quelli operanti che hanno sede legale in Lombardia e sede di fornitura in Liguria;

- è stato previsto che la procedura di gara e la fornitura in oggetto siano regolate oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto previsto da Consip S.p.A. anche dal Capitolato tecnico amministrativo – allegato alla determinazione prot. n. 3305/RI del 25.10.2017;

CONSIDERATO che

-entro i termini stabiliti, sono pervenute le seguenti offerte:

#	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	FORMA DI PARTECIPAZIONE	PARTITA IVA	DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
1	EMAC SRL	Singola	01120990104	31/10/2017 16:52
2	DEFARMA	Singola	00367240173	31/10/2017 13:37
3	PVS	Singola	06532250153	31/10/2017 14:57
4	NIHON KOHDEN ITALIA	Singola	02848620163	31/10/2017 17:50

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte;

Verificato che:

- non si è proceduto al calcolo matematico della soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 lettera D, in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- in base alla classifica provvisoria elaborata dal Me.PA la società Defarma spa è risultata essere prima in graduatoria;
- al fine di verificare la corrispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto nel capitolato tecnico amministrativo, sono state richieste alla ditta Defarma srl le schede tecniche di quanto offerto;

Atteso che il RUP, esaminate le offerte, ha stabilito che nessuna è anormalmente bassa.

RILEVATO che:

- il Capitolato Tecnico Amministrativo, approvato con Determinazione 3505/RI del 25.10.2017, all'art. 1 indica, tra gli altri, quale oggetto di fornitura "*N. 12 confezioni di piastre monouso per defibrillatori NIHON KODEN AED 2100 K*

e n. 12 batterie per defibrillatori NIHON KODEN AED 2100 K” in quanto ricambi per apparecchiature già in possesso della Stazione Appaltante;

- dalla lettura della scheda tecnica relativa alle piastre monouso per defibrillatore, è risultato che, contrariamente a quanto richiesto, il prodotto offerto è da utilizzare per il defibrillatore *HeartOn A10®* prodotto da Mediana Co;
- la scheda “ verifica prodotti” elaborata da MePa rileva che le batterie offerte dalla Ditta Defarma spa sono prodotte da Median Co. Ld;
- con Determinazione prot. 3624/ RI del 15.11.2017 è stata disposta l’esclusione della Ditta **DEFARMA S.P.A. in quanto i prodotti offerti non corrispondevano a quanto richiesto nel Capitolato tecnico di Gara;**

VISTI gli atti di gara si definisce la seguente graduatoria definitiva

-

#	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	PARTITA IVA	IMPORTO
1	NIHON KOHDEN	02848620163	6920,00
2	EMAC srl	01120990104	7758,00
3	PVS	06532250153	8420,00

Rilevato inoltre che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:

- nel Capitolato tecnico - amministrativo;
- nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal medesimo aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b) , del D.LGS 50/2016 , il termine dilatorio non viene applicato;

RITENUTO, pertanto, a conclusione della procedura di gara:

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;
- di subordinare la stipulazione del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali attualmente in corso;

nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. di approvare la seguente classifica di gara:

#	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	PARTITA IVA	IMPORTO
1	NIHON KOHDEN	02848620163	6920,00
2	EMAC srl	01120990104	7758,00
3	PVS	06532250153	8420,00

2. di aggiudicare per l'importo di Euro 6920,00, alla ditta Nihon Kohden Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Bronzetti 28 – cap 24124, Bergamo (BG), cf e partita iva: 02848620163 la fornitura di defibrillatori, piattelli monouso, batterie e misuratori di pressione da polso;
3. di disporre che costituiscono obbligo per l'aggiudicatario quanto stabilito:
 - nel capitolato tecnico – amministrativo;
 - nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal medesimo aggiudicatario;
4. di stabilire una condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario qualora, in sede di accertamento, ai sensi delle vigente normativa in materia, delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale.
5. di dare immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 76, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
6. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 10 lettera b) , del D.LGS 50/2016 , il termine dilatorio non viene applicato;

Il sottoscritto Direttore del Distretto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Responsabile del Procedimento.

Il Direttore del Distretto di Genova

Dott. ssa Carmen Genova

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)