



**OGGETTO:** Determina di esclusione dalla gara e di aggiudicazione relativa alla R.D.O. n. 2087005, per la fornitura, presso il Laboratorio Chimico di Bari:

- di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore (lotto 1), **C.I.G.: 76378075B9**;
- di n. 3 piastre con sistema per agitazione e riscaldamento soluzioni (lotto 2), **C.I.G.: 7637817DF7**.

#### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI**

**VISTA** la Determina a contrarre prot. n. 3466/R.I. dd. 08 ottobre 2018, che qui si abbia per integralmente richiamata;

**VISTA** la conseguente pubblicazione, sul portale del "ME.PA.", della R.D.O. n. 2087005, per l'individuazione di un operatore economico cui affidare le forniture in oggetto;

**CONSIDERATO** che essa ha riguardato tutti gli operatori presenti sul M.E.P.A. nell'ambito del bando "*BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica*";

**CONSIDERATA** la documentazione allegata a detta R.D.O., tra cui il Disciplinare di gara, che ribadiva come l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con un importo a base d'asta:

- per il lotto n. 1 (per l'acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9), di € 36.885,24, oltre I.V.A.,
- per il lotto n. 2 (per l'acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7), di € 2.459,00, oltre I.V.A.;

**CONSIDERATO** che il termine di presentazione delle offerte scadeva il 14.11.2018 e che presentavano le loro offerte:

- per il lotto n. 1 (per l'acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9), la Ditta "AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA", Partita IVA: 12785290151, Via Piero Gobetti 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), per l'importo di € 27.670,55 (ventisettemilaseicentosestanta/55 Euro), nonché la Ditta "SHIMADZU ITALIA SRL", Partita IVA: 10191010155, Via G. B. Cassinis n. 7, Milano, (MI), per € 25.200,00 (venticinquemiladuecento/00 Euro);
- per il lotto n. 2 (per l'acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7), la Ditta "BIOSIGMA", Via Valletta, 6 - Cona (VE), P. I.V.A. 03328440270, per l'importo di € 2.097,00 (duemilanovantasette/00 Euro), nonché la Ditta "VWR INTERNATIONAL

S.R.L.” Partita IVA: 12864800151, Via San Giusto 85 – Milano (MI), per € 2.053,46 (duemilacinquantatre/46 Euro);

**CONSIDERATO** che, con riguardo al lotto n. 1, la Ditta “SHIMADZU ITALIA SRL” non ha dimostrato la rispondenza tecnica dell’apparecchio proposto con quello di cui al capitolato tecnico allegato alla R.D.O., con particolare riferimento al requisito relativo al “RIVELATORE FID”, di cui al punto “*Controllo elettronico di pressione di tutti i gas con accuratezza non inferiore a 0,001 psi*”, riguardo al quale, a fronte di specifica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione appaltante circa “*l’accuratezza con cui viene controllata la pressione dei gas di lavoro, per iniettori e detector*”, la Società in parola ha asserito che “*L’accuratezza del controllo del flusso del carrier è di 0.001 psi. I flussi del detector (aria, idrogeno e makeup) hanno un’accuratezza di ±3 mL/min*”, dichiarando, di seguito, che “Shimadzu Europa non ha a disposizione dati di conversione in psi di questo parametro”;

**CONSIDERATO** che, con riguardo al lotto n. 2, le caratteristiche tecniche dei prodotti di cui alle offerte delle Ditte “VWR INTERNATIONAL S.R.L.” e “BIOSIGMA” sono invece risultate *in toto* rispondenti al capitolato tecnico di cui alla R.D.O. n. 2087005, lotto 2;

**CONSIDERATO** che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici,

#### **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

##### **ARTICOLO 1**

Esclude, dalla procedura di gara, per il lotto 1, la Ditta SHIMADZU ITALIA SRL, Partita IVA: 10191010155, Via G. B. Cassinis n. 7, Milano, (MI), stante la indimostrata conformità del prodotto offerto a quello riportato in capitolato.

##### **ARTICOLO 2**

Approva le seguenti graduatorie finali:

**LOTTO 1**  
**GRADUATORIA FINALE**  
**per l’acquisto di un gascromatografo FID bi-canale**  
**con autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G.**  
**76378075B9**

	<b>Ditte offerenti</b>	<b>P. I.V.A.</b>	<b>Importo in € offerto, IVA esclusa</b>
1	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	12785290151	€ 27.670,55

**LOTTO 2**  
**GRADUATORIA FINALE**  
per l'acquisto di n. 3 piastre con sistema per  
agitazione e riscaldamento soluzioni,  
contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7

	<b>Ditte offerenti</b>	<b>P. I.V.A.</b>	<b>Importo in € offerto, IVA esclusa</b>
1	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	12864800151	€ 2.053,46
2	BIOSIGMA	03328440270	€ 2.097,00

**ARTICOLO 3**

**Aggiudica gli appalti in oggetto alle Ditte:**

- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA, Partita IVA: 12785290151, Via Piero Gobetti 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), per € 27.670,55 (ventisettemilaseicentoseventanta/55 Euro), con specifico riguardo al lotto n. 1 (per l'acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9);
- VWR INTERNATIONAL S.R.L. Partita IVA: 12864800151, Via San Giusto 85 – Milano (MI), per € 2.053,46 (duemilacinquantatre/46 Euro), con specifico riguardo al lotto n. 2 (per l'acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7).

**ARTICOLO 3**

Autorizza il relativo impegno di spesa, di € 29.724,01 (ventinovemilasettecentoventiquattro/01), al netto di I.V.A., sul conto di *budget* FD01200030, ATTREZZATURE E ALTRI BENI (codice articolo A06.0006.0095, per il gascromatografo dal costo di € 27.670,55 mentre, per le piastre/agitatore da laboratorio, per l'importo di € 2.053,46, codice articolo A06.0006.0209), in carico al Laboratorio Chimico di Bari, per quanto disposto con nota prot. n. 52729/R.U. dd. 09.05.2018 della Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratori Chimici, Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori.

**ARTICOLO 4**

Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri documenti contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell'esecuzione già individuati con la citata Determina a contrarre prot. n. 3466/R.I. dd. 08 ottobre 2018 nonché all'Ufficio interessato, per gli adempimenti di rispettiva competenza, anche alla luce di quanto previsto dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente

*“Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.*

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Bari, 5 dicembre 2018

*dott.ssa Teresa Annamaria Gentile*

*Firmato digitalmente*

RB/LU