

## CHIARIMENTI

1) D: Avendo la nostra società l'autorizzazione all'assolvimento virtuale dall'Agenzia delle Entrate, vi chiediamo se possiamo usufruirne per questo caso. In caso affermativo a comprova di quanto dichiarato possiamo allegare, l'atto di registrazione dell'Agenzia Entrate, prospetto di acconto liquidazioni per l'anno corrente e l'ultima rata di versamento per l'acconto. Restiamo in attesa di un Vs. riscontro. Cordiali saluti

R: Si conferma la possibilità di utilizzare la modalità virtuale per l'assolvimento dell'imposta di bollo. Si ricorda, in tal caso, di allegare il provvedimento autorizzativo dell'Agenzia delle Entrate.

2) D: In riferimento al capitolato tecnico relativo all'assegnazione del Lotto 2 – Fornitura di N.1 sistema UHPLC-DAD, N.1 sistema UHPLC-IR e N.2 sistemi GC-FID, CIG 8098266483, a pagina 12 si riporta la richiesta relativa ad un detector a indice di rifrazione che presenti una frequenza di acquisizione superiore a 50Hz. Si chiede di confermare la disponibilità ad accettare uno strumento configurato con detector indice di rifrazione con frequenza di acquisizione superiore o uguale a 10 Hz.

R: Si ritiene accettabile la fornitura di un detector indice di rifrazione con frequenza di campionamento uguale o superiore a 10 Hz.