

Chiarimenti 26.02.2020

1) Buongiorno, siamo a richiedervi:

- a. Se per la partecipazione ad entrambi i lotti dobbiamo produrre in forma doppia anche i seguenti documenti : Domanda di partecipazione – DGUE- attestato di avvenuto sopralluogo
- b. Se anche l'offerta economica deve essere fornita di bollo, come prescritto per la domanda di partecipazione.

Grazie . Saluti

a. **Debbono essere forniti in forma doppia (ovvero uno per ciascun lotto) i seguenti documenti**
Domanda di partecipazione

DGUE

Attestato di sopralluogo del lotto per il quale si propone domanda

b. **L'offerta economica non deve essere fornita di bollo in quanto fino all'accettazione si configura come mera proposta contrattuale , come risulta dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 16/12/2013 n.96/E e, più recentemente con la Risposta n. 35 del 12.11.2018**

2) a. Durante il sopralluogo è stato rilevato che parte dei locali oggetto della fornitura è attualmente in corso di ristrutturazione, mentre la parte restante è attualmente adibita ad uso laboratorio e sarà successivamente oggetto di ristrutturazione. Per questo motivo non è stato possibile individuare precisamente i limiti di batteria, come richiesto all'art. 20 del Capitolato tecnico. Si chiede pertanto di precisare in dettaglio quanto segue: i. limiti di batteria per le canalizzazioni di espulsione aria delle cappe; ii. Limiti di batteria per i collegamenti elettrici; iii Limiti di batteria per i collegamenti idrici (carico/scarico).

b. Si chiede di precisare se a corredo delle cappe chimiche siano da fornirsi anche i relativi aspiratori. In caso affermativo si chiede di confermare che questi vadano installati in terrazza di copertura (come per gli attuali aspiratori rilevati in sede di sopralluogo) e quale sia il limite di batteria per il collegamento elettrico degli stessi.

c. Si chiede di precisare dove vadano collocati i 6 piani antivibranti richiamati in ultima pagina dell'elenco descrittivo degli arredi.

a. **Attualmente i limiti della fornitura sono sotto il pavimento tecnico per acqua, gas tecnici e impianto elettrico, sopra il controsoffitto per l'aria e gas tecnici. Essendo i lavori di ristrutturazione dei locali laboratorio non ancora conclusi, i limiti di batteria saranno definiti dalla ditta vincitrice della gara e realizzati a carico della ditta che sta attualmente effettuando i lavori di ristrutturazione.**

b. **le cappe chimiche saranno gestite da un impianto centralizzato (progettato/configurato in base alle caratteristiche tecniche delle cappe chimiche richieste), per cui non è necessario prevedere aspiratori.**

- c. Per "piani anti-vibranti" non si intendono "banchi con piano anti-vibrante integrato", bensì delle piattaforme anti-vibranti, aventi le caratteristiche descritte nella documentazione di gara, che potranno essere posizionate ove necessario sui banchi da laboratorio.

IL R.U.P.

dott. Alessandro Proposito