

SCHEDA REQUISITI MIGLIORATIVI

| Caratteristica | Valore dichiarato (SI/NO) |
|---|------------------------------|
| Termostabilizzazione dell'unità autocampionatore | |
| Pompe: Accuratezza composizione eluente migliore di $\pm 1\%$ | |
| Pompe: Pressione supportata pari o superiore a 6000 psi | |
| Pompe: Accuratezza flusso migliore di $\pm 0,2\%$ | |
| Pompe: Precisione di erogazione del flusso migliore di 0,01 ml/min | |
| Comparto colonne: Estensione dell'intervallo di termostabilizzazione del comparto | |
| Comparto rivelatori: Estensione dell'intervallo di termostabilizzazione del comparto | |
| Rivelatore Elettrochimico: Estensione dell'intervallo di segnali in amperometria integrata | |
| Rivelatore Elettrochimico: Estensione dell'intervallo di segnali in amperometria a corrente diretta | |
| Rivelatore conducibilità: Controllo indipendente della temperatura interna del rivelatore | |
| Rivelatore conducibilità: Noise elettronico $< 50 \mu\text{C}$ | |
| Autocampionatore: Precisione dell'iniezione a $20 \mu\text{l} < 0,5\%$ | |