

Prot.: 2377/RI

Palermo, 20 settembre 2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Fornitura di attrezzature scientifiche per le attività dei laboratori chimici di Catania e Palermo della Direzione Regionale per la Sicilia - CIG Lotto 1: 8839214E22 – CIG Lotto 2: 8839224665 – CIG Lotto 3: 88392392C7 – CIG Lotto 4: 8839248A32 – CIG Lotto 5: 88392571A2 – CIG Lotto 6: 8839271D2C – CIG Lotto 7: 883929402B. Esclusione ed ammissione.

**VISTO** il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

**VISTA** la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

**VISTO** il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibere n. 358 e n. 360, rispettivamente del 28.02.2018 e del 17.04.2018;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia così come modificato con Delibera del Comitato di Gestione n. 410 del 18.04.2019;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia approvato con delibera n. 431 dell'11.05.2021 dal Comitato di gestione;

**VISTO** il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

**VISTE** le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

**VISTO** il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

**VISTO** il programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2021-2022, così come declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e definitivamente approvato, dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con determina prot. 27392/RI del 26/05/2021;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale prot. n. 1899/R.I. del 20.07.2021, è stata indetta una procedura negoziata, dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51, c. 1, del D.L. n. 77/2021, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50 del 2016 e ss. mm. ii., per la fornitura di apparecchiature scientifiche per le attività dei laboratori chimici di Palermo e Catania dell’Ufficio Antifrode e Controlli della D.T. VII Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**PRESO ATTO** che entro il termine assegnato del 13/08/2021 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1:
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Perlabo sas di Giuseppe Mazzola;
  - o Buchi Italia s.r.l.
- Lotto 2:
  - o Metrohm Italiana s.r.l.;
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Exacta + Optech Labcenter S.p.A.;
  - o Mettler Toledo S.p.A.
- Lotto 3:
  - o Biotecnica di Catalano Lea & C. sas;
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Perlabo sas di Giuseppe Mazzola;
- Lotto 4:
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Biotecnica di Catalano Lea & C. sas;
  - o M & M Biotech società cooperativa;
  - o Levanchimica s.r.l.;
  - o Exacta + Optech Labcenter S.p.A.;
  - o Gardhen Bilance s.r.l.;



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

- o Perlabo sas di Giuseppe Mazzola;
- Lotto 5:
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Claind s.r.l.;
  - o Erredue S.p.A.;
- Lotto 6:
  - o Seneco s.r.l.;
- Lotto 7:
  - o Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C.;
  - o Verder Scientific s.r.l..

**PRESO ATTO** che sulla base delle risultanze contenute nel verbale del RUP prot. n. 2358/RI del 17/09/2021 in ordine all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura, che costituisce parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegata, che si trova agli atti dell'Ufficio Affari Generali, è emerso che la documentazione amministrativa prodotta dai summenzionati operatori è risultata pienamente conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara;

**PRESO ATTO** che così come esplicitato nel verbale del RUP del 08/09/2020, i Responsabili dei Laboratori Chimici di Catania e Palermo, in qualità di supporto tecnico alle attività del R.U.P, hanno evidenziato la mancata conformità delle specifiche tecniche di alcune delle attrezzature offerte, ed esattamente:

- Per il lotto 2:
  - o Il titolare offerto dalla Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato d'appalto, in quanto il campo di misura in modalità potenziometrica del primo titolare si estende nell'intervallo  $\pm 1200$  mV, non soddisfacendo il requisito di intervallo di misura della differenza di potenziale di  $\pm 2000,0$  mV richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.
  - o Il titolare offerto dalla dalla Metrohm Italiana s.r.l. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato d'appalto, in quanto il campo di misura in modalità potenziometrica del primo titolare si estende nell'intervallo  $\pm 1200$  mV, non soddisfacendo il requisito di intervallo di misura della differenza di potenziale di  $\pm 2000,0$  mV richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.
  - o Il titolare offerto dalla Exacta+Optech labcenter S.p.A. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato d'appalto, in quanto la risoluzione della temperatura del primo titolare è pari a  $\pm 0,3$  °C, non soddisfacendo il requisito di  $\pm 0,1$  °C richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.
- Per il lotto 3:
  - o Due delle apparecchiature offerte dalla Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. non sono conformi alle specifiche tecniche riportate nel capitolato speciale, ed esattamente:
    - o Il bagno ad ultrasuoni offerto, in quanto il timer compreso tra 0 e 30 minuti non soddisfa il requisito di 1-99 minuti richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.



# AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**SEZIONE ACQUISTI**

- L'afrometro a spillo offerto non presenta la modalità di lettura digitale richiesta nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.
- Per il lotto 4:
  - Alcune delle apparecchiature offerte dalla Perlabo sas di Giuseppe Mazzola non sono conformi alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, ed esattamente:
    - La bilancia tecnica e offerta non è conforme in quanto la temperatura di funzionamento da 10 a 30 °C non soddisfa il requisito da 10 a 40 °C richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
    - La bilancia analitica a cinque cifre offerta non è conforme in quanto la linearità  $\pm 0,1$  mg non soddisfa il requisito di linearità  $\pm 0,05$  mg richiesto per la 5 digit nella da tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - La bilancia analitica a cinque cifre offerta dalla M & M Biotech non è conforme, in quanto la portata pari a 82 g non soddisfa il requisito di portata  $> 100$  g richiesto per la 5 digit nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - Le apparecchiature offerte dalla Exacta Optech Labcenter s.p.A. non sono conformi alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, in quanto:
    - La bilancia tecnica offerta non è conforme in quanto la massa di calibrazione con peso esterno e la linearità  $\pm 0,03$  g non soddisfa il requisito di linearità  $\pm 0,02$  g e la calibrazione interna richiesti nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
    - La bilancia analitica a quattro cifre non è conforme in quanto la linearità  $\pm 0,3$  mg non soddisfa il requisito di linearità  $\pm 0,2$  mg richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
    - La bilancia analitica a cinque cifre non è conforme, in quanto la portata pari a 120 g per la 4 digit e pari a 52 g per la 5 digit non soddisfano i requisiti di portata  $> 200$  g per la 4 digit e  $> 100$  g per la 5 digit, richiesti nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - La bilancia analitica a cinque cifre offerta dalla Biotecnica di Catalano Lea & C. sas non è conforme in quanto la linearità  $\pm 0,08$  mg non soddisfa il requisito di linearità  $\pm 0,05$  mg richiesto per la 5 digit nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - La bilancia analitica a cinque cifre offerta dalla Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. non è conforme in quanto la linearità  $\pm 0,08$  mg non soddisfa il requisito di linearità  $\pm 0,05$  mg richiesto per la 5 digit nella da tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - Alcune delle apparecchiature offerte dalla Levanchimica s.r.l. non sono conformi alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, ed esattamente:
    - La bilancia tecnica offerta non è conforme, in quanto il parametro divisione di 0,5 g non soddisfa il requisito di 0,01 g richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
    - La bilancia analitica a cinque cifre offerta non è conforme, in quanto la portata pari a 82 g non soddisfa il requisito di portata  $> 100$  g richiesto per la 5 digit nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
  - La bilancia analitica a cinque cifre offerta dalla Gardhen Bilance s.r.l. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato per la mancata presenza della pesatura a



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**SEZIONE ACQUISTI**

- 4 digit richiesta nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto. La Gardhen Bilance s.r.l. non ha allegato, altresì, le schede tecniche per le bilance tecniche;
- Per il lotto 5:
    - o L' apparecchiatura offerta dalla Claind s.r.l. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, per i seguenti parametri:
      - o Tecnologia di generazione "PEM senza cartuccia di deionizzazione → parametro fuori specifica per la presenza di cartuccia di deionizzazione;
      - o Purezza gas "≥99,99999" → parametro fuori specifica per purezza gas pari a 99,99999%;
      - o Portata in uscita "1000 ml/min a STP, tolleranza max 0,2%" → parametro fuori specifica per portata massima pari a 600 ml/min;
      - o Pressione in uscita "da 1 a 10 bar con incremento di 0,1 bar" → parametro fuori specifica per pressione di utilizzo da 2 a 10 bar;
      - o Sistema di purificazione gas "Essiccazione automatica a doppia colonna rigenerante" → parametro fuori specifica per la sostituzione periodica della resina essiccante.
    - o L' apparecchiatura offerta dalla Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. non è conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, per i seguenti parametri:
      - o Tecnologia di generazione "PEM senza cartuccia di deionizzazione → parametro fuori specifica per la presenza di cartuccia di deionizzazione;
      - o Purezza gas "≥99,99999" → parametro fuori specifica per purezza gas pari a 99,99999%;
      - o Portata in uscita "1000 ml/min a STP, tolleranza max 0,2%" → parametro fuori specifica per portata massima pari a 600 ml/min;
      - o Capacità serbatoio interno "da 10 litri con visualizzazione del livello" → parametro fuori specifica per la presenza di serbatoio interno della capacità di 0,3 litri.
    - o L' apparecchiatura offerta dalla Erredue s.r.l. non è conforme, in quanto la capacità del serbatoio interno pari a 5 litri non soddisfa il requisito di 10 litri richiesto nella tabella all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Tanto premesso,

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA**

**ARTICOLO 1**

Ammettere alla successiva fase di apertura dell'offerta economica gli operatori economici di seguito indicati, atteso che la documentazione amministrativa e tecnica prodotta è risultata pienamente conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara:

- Buchi Italia S.p.A. per il lotto 1;
- Perlabo sas di Giuseppe Mazzola per i lotti 1 e 3;
- Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. per i lotti 1 e 7;
- Mettler Toledo S.p.A. per il lotto 2;
- Biotecnica di Catalano Lea & C. sas per il lotto 3;



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT VII – SICILIA**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**SEZIONE ACQUISTI**

- Seneco s.r.l. per il lotto 6;
- Verder Scientific s.r.l. per il lotto 7.

## **ARTICOLO 2**

Escludere dalla procedura per la non conformità delle specifiche tecniche richieste i seguenti operatori economici:

- Metroh Italiana s.r.l. per il lotto 2;
- Opticontrol sas di Saverio Signorelli & C. per i lotti 2,3,4 e 5;
- Exacta+Optech labcenter S.p.A. per i lotti 2 e 4;
- Perlabo sas di Giuseppe Mazzola per il lotto 4;
- Biotecnica di Catalano Lea & C. sas per il lotto 4;
- M & M Biotech per il lotto 4;
- Levanchimica s.r.l. per il lotto 4;
- Gardhen Bilance s.r.l. per il lotto 4;
- Claind s.r.l. per il lotto 5;
- Erredue s.r.l. per il lotto 5.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Lucilla Cassarino  
Firmato digitalmente