

SCHEMA REQUISITI MIGLIORATIVI

Caratteristica	Valore dichiarato (SI/NO)
Velocità di distillazione impostabile dall'utente da 2 a ≥ 10 ml/min	
Ottimizzatore automatico del sistema di distillazione: avvio del sistema di distillazione solo al check positivo dell'avvenuta pulizia del condotto del condensatore, del corretto posizionamento del cilindro di ricezione, dell'allineamento automatico tra programma del gruppo di distillazione, del rilevamento automatico della piastra del riscaldatore, del corretto posizionamento del pallone di distillazione e del sensore di temperatura Pt100 dei vapori	
Software per lo sviluppo dei calcoli: Calcolo dell'indice di cetano di combustibili di distillati medi, secondo la norma di riferimento EN ISO 4262_2018	
Estensione della garanzia full risk di 24 mesi per un totale di 36 mesi, con due manutenzioni preventive a 12 e 24 mesi.	