

## SCHEMA REQUISITI MIGLIORATIVI

| <b>Caratteristica</b>  | <b>Valore dichiarato (SI/NO)</b> |
|--|----------------------------------|
| Sistemi ottici o parghe in He, integrati e gestiti via software capaci di avere un LOD <10 mg/kg di zolfo.   |                                  |
| Tubo a raggi X con tensione operativa modulabile $\geq 15$ keV.  |                                  |
| A stato solido del tipo SDD con un count-rate dinamico $\geq 10^6$ cps.                                      |                                  |
| Stampante termica integrata per la stampa delle rette di calibrazione e dei risultati dei campione di prova. |                                  |