

## CHIARIMENTI GARA N.2848191

**DOMANDA:** In riferimento al documento Allegato 1, Capitolato Tecnico, ed in particolare al requisito riportato al punto 18 del Lotto 5 (Detector ad indice di Rifrazione); si propone a codesta Spettabile Amministrazione la possibilità di presentare un rivelatore con frequenza di acquisizione pari a 10 Hz. Pertanto si richiede che la specifica minima indicata al punto 18 venga modificata da “strettamente” superiore a 10 Hz a “uguale o superiore” a 10 Hz. Tale modifica consentirebbe la partecipazione della Società scrivente al bando di gara, al fine di garantire una pluralità di concorrenti nello stesso interesse della Stazione Appaltante.

**RISPOSTA:** Per un mero errore di trascrizione, nell'Allegato 1 “Capitolato di Gara” all'art.14.1 - Punto 18 della tabella, relativamente al parametro “Detector ad indice di rifrazione” dei sistemi UHPLC, la frequenza di acquisizione deve essere  $\geq 10\text{Hz}$  e non superiore ai 10 Hz, come erroneamente indicato.

---