



DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO AFFARI GENERALI – SEZIONE ACQUISTI

Prot. *[come da segnatura di protocollo]*

Trieste, *[come da segnatura di protocollo]*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura e sostituzione di n.4 sensori di carenza di ossigeno dell'impianto di rilevazione dei gas del Laboratorio Chimico di Trieste.

CIG: Z2F3868085

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'Organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, così come integrata dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 46255/RU del 18 aprile 2019 recante l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciali;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 155370 del 25 maggio 2020 che ha ridefinito le articolazioni dirigenziali non generali a diretto riporto dei Direttori delle Direzioni Territoriali;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 206049 del 26 giugno 2020 che ha reso efficaci, a decorrere dal 1° luglio 2020, le modifiche organizzative di cui alla predetta Determinazione Direttoriale prot. n. 155370 del 25 maggio 2020;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 291800 R.U. del 6 agosto 2021 che ha istituito l'Ufficio Affari Generali presso questa Direzione Territoriale;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 394933 R.U. del 21 ottobre 2021, che ha attivato l'Ufficio Affari Generali presso questa Direzione Territoriale con contestuale soppressione dell'Ufficio di Supporto;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici") e ss.mm.ii.;

VISTI il "Regolamento di Amministrazione" e il "Regolamento di Contabilità" dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale", adottato dall'Agenzia Dogane e Monopoli;

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO AFFARI GENERALI – SEZIONE ACQUISTI

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della L.145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip S.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera del Consiglio n. 216 dell'1 marzo 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO che, con nota prot. 3884/RI del 20/10/2022 la Sezione Laboratori dell'Ufficio Antifrode e Controlli di questa Direzione ha richiesto di procedere all'affidamento della fornitura e sostituzione di n.4 sensori di carenza di ossigeno dell'impianto di rilevazione gas del Laboratorio Chimico di Trieste;

CONSIDERATO che in seguito alla segnalazione di guasto (over-range) di n.1 sensore di carenza di ossigeno dell'impianto di rilevazione gas del Laboratorio Chimico di Trieste sono stati acquisiti i preventivi della ditta Newproject S.r.l., attuale affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto, e della ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l., che ha installato i sensori nel mese di novembre 2020:

- Newproject S.r.l.: offerta n. 16154 dell'11/10/2022, per un importo pari a **1.200,00 € + I.V.A.** per la fornitura e sostituzione del solo sensore guasto;
- SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l.: offerta n. 9203 del 12/10/2022, per un importo pari a **1.860,00 € + I.V.A.** per la fornitura e sostituzione dei 4 sensori di carenza di ossigeno presenti nel laboratorio, tenuto conto dell'approssimarsi del fine vita di detti sensori (durata circa 2 anni);

CONSIDERATO che la Sezione Laboratori dell'Ufficio Antifrode e Controlli ha valutato positivamente l'opportunità di procedere alla sostituzione di tutti i 4 sensori dell'impianto tenuto conto del prezzo più vantaggioso offerto dalla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l.;

PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle Convenzioni per la fornitura di cui si necessita;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;

PRESO ATTO che l'acquisto mediante affidamento diretto riduce senz'altro la tempistica e semplifica le modalità di acquisizione della fornitura o del servizio e che per le circostanze del

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO AFFARI GENERALI – SEZIONE ACQUISTI

caso si ritiene opportuno procedere mediante avvio di una “Trattativa diretta”, anche al fine di non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

CONSIDERATE le valutazioni fin qui riportate, ritenuta idonea l'offerta presentata dalla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l., regolarmente registrata sulla piattaforma Me.PA. e considerata la disponibilità della ditta, questo Ufficio ritiene di affidare, mediante trattativa diretta su Me.Pa, alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l. l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che la spesa, pari ad € 1.860,00 (milleottocentosessanta/00) + I.V.A., verrà imputata sulla voce di conto FD03150010 “Attrezzature tecniche per laboratori chimici” - codice articolo C02.0004.0004 “Manutenzione gas tecnici” dell'Ufficio Antifrode e Controlli – Sezione Laboratori di questa Direzione;

VERIFICATA la copertura contabile sul relativo conto di budget;

TENUTO CONTO che i dati personali relativi all'impresa affidataria verranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR) ed utilizzati dalla stazione appaltante solamente per le finalità connesse al presente affidamento;

CONSIDERATO che la SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l., con sede legale in Via Luigi Pellizzo n.39, Padova, risulta regolare relativamente agli adempimenti INAIL INPS, come da DURC n. INAIL_34963279 con scadenza validità 07/02/2023;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara attribuito dall'ANAC per il servizio in oggetto è **Z2F3868085**;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA

ARTICOLO 1

Di avviare un affidamento mediante “Trattativa diretta” presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con la ditta SEI Sistemi di Sicurezza S.r.l., con sede legale in Padova Via Luigi Pellizzo n.39 P.IVA 01085740288 per la fornitura e sostituzione di n.4 sensori di carenza di ossigeno dell'impianto di rilevazione gas del Laboratorio Chimico di Trieste.

ARTICOLO 2

Di imputare la spesa pari ad € 1.860,00 (milleottocentosessanta/00) + IVA sul conto di budget FD03150010 “Attrezzature tecniche per laboratori chimici” - codice articolo C02.0004.0004 “Manutenzione gas tecnici” di competenza della Sezione Laboratori dell'Ufficio Antifrode e Controlli.

ARTICOLO 3

Di disporre affinché il pagamento sia effettuato – accertata la regolare esecuzione della fornitura - a seguito di ricevimento di fattura, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

ARTICOLO 4

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di questo Ufficio.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Antonio di Noto
firmato digitalmente